



Ul. Karađorđeva br. 53.

Kanjiža

Broj telefona: 024/874-105, 873-504, 873-171

Broj faksa: 024/874-105, 873-504

E-mail: dzkanjiža@tippnet.rs

Web strana: www.dzkanjiža.org.rs

Broj:R-606/2018.

Dana: 02.07.2018. godine

Predmet:

Poziv za donaciju automatskog biohemijskog analizatora Domu zdravlja Kanjiža, Karađorđeva 53., Kanjiža,

Primalac donacije upućuje poziv zainteresovanim licima da dostave ponudu za donaciju opreme – **automatski biohemijski analizator**.

Donacija je bezuslovna i obuhvata:

a./ isporuku, montažu i puštanje u rad u prostorijama Primaoca donacije

b./obuku za rad

c./ garantni rok u trajanju od 12 meseci od dana montaže

d./ stručnu podršku tokom eksploatacije (servisiranje, reagensi, spoljna kontrola kvaliteta za testove).

Kriterijum za izbor najpovoljnije ponuđene donacije je najniža cena bez pdv ukupnog broja planiranih analiza, iz tabele broj 3, pod uslovom da su u potpunosti ispunjene tehničke karakteristike iz tabele broj 4.

Ponuda za donaciju mora da sadrži sledeće podatke (popuniti štampanim slovima, čitko, jasno i nedvosmisleno):

Tabela 1.

ZAHTEVANI PODACI	POPUNJAVA POTENCIJALNI DONATOR
Poslovno ime:	
Mesto i poštanski broj:	
Opština:	
Ulica i broj:	

Matični broj:	
Poreski ident. Broj:	
Telefon/fax:	
Elektronska adresa	
Nosilac platnog prometa-banka	
Tekući račun-broj:	
Ime, prezime, funkcija, br. telefona, br. Mobilnog telefona i elektronska adresa kontakt osobe	
Ime, prezime i funkcija lica ovlašćenog za potpisivanje ugovora o donaciji	

Tabela 2.
Podaci o predmetu donacije

Naziv aparata	Model, tip, kataloški broj	Proizvođač
Cena bez PDV.-a		
Stopa PDV-a		
Iznos PDV.-a		
Cena sa PDV.-om		
Garantni rok u mesecima od dana montaže		

Tabela 3.

Ukupan broj planiranih analiza za 12 meseci:	80.000
Cena jedne analize bez PDV.:	Cena ukupnog broja plan. analiza za 12 meseci bez PDV.:

Tabela 4.

Obavezne tehničke karakteristike automatskog biohemijskog analizatora

- 1 Brzina veća od 240 analizana sat. (DA / NE) -zaokružiti
- 2 Dostupne metode: End point, Kinetika, Fiksnovreme, Initial-Rate, Sample Blank A, Sample Blank B, End Point 2 points, Sample Blank (A-b), Sample Blank (B-b), End Point Starter, Absolute End Point (DA / NE) -zaokružiti
- 3 Fotometrija: 340-700 nm- 10 talasnihdužina (DA / NE) -zaokružiti
- 4 Mogućnost određivanja imunoturbidimetrijskih parametara (DA / NE) -zaokružiti
- 5 Zapremina reakcionog volumena minimum 180 uL (DA / NE) -zaokružiti
- 6 Automatska predilucija (DA / NE) -zaokružiti
- 7 Broj pozicija za reagense minimum 48 (DA / NE) -zaokružiti
- 8 Broj pozicija za uzorke minimum 60- bez pozicija za kontrole I standarde (DA / NE) -zaokružiti
- 9 Broj pozicija za kontrole I standarde minimum 16 (DA / NE) -zaokružiti
- 10 Mogućnost odrađivanja hitnog uzorka-STAT (DA / NE) -zaokružiti
- 11 Kontinuirano dodavanje uzoraka I reagensa bez preidanja rada (DA / NE) -zaokružiti
- 12 Mogućnost povezivanja u LIS (DA / NE) -zaokružiti
- 13 Grafici reakcija (DA / NE) -zaokružiti
- 14 Detekcija nivoa tečnosti (reagens I uzorak) (DA / NE) -zaokružiti
- 15 Arhiva pacijenata sa mogućnošću pretrage (DA / NE) -zaokružiti
- 16 Kvarcne čitačke kivete koje se ne menjaju -minimum 30 (DA / NE) -zaokružiti
- 17 Automatsko ispiranje kiveta (DA / NE) -zaokružiti
- 18 Da koristi destilovanu vodu, tj. da nije potreban aparat za dejonizovanu vodu-potrošnja manja od 1,5 L destilovane vode po satu (DA / NE) -zaokružiti
- 19 Sistemz ahlađenje svih reagenasa na aparatu (DA / NE) -zaokružiti
- 20 Software naplatformi Windows operativnog sistema (DA / NE) -zaokružiti
- 21 Software-a na srpskom jeziku (DA / NE) -zaokružiti

Dodatni uslovi

- 1 Dokaz da ponuđač ima 3 servisera u stalnom radnom odnosu koji poseduje sertifikat izdat od strane proizvođača opreme (dostaviti tražene sertifikate i ugovore o radu za servisere)
- 2 Izjava ponuđača pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću da je aparat nov i da nije prethodno repariran
- 3 Dokaz da ponuđač ima minimum 10 instaliranih aparata koji se nudi(na memorandumu ponuđača dostaviti izjavu pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, koja sadrži spisak ustanova gde su aparati instalirani)
4. Dokaz da su reagensi i potrošni materijal kompatibilni sa aparatom BT 3000

Ponude za donaciju dostavljaju se na adresu: „Dom zdravlja Kanjiža, Karađorđeva 53. Kanjiža Komisija za javne nabavke, sa naznakom “Ponuda za donaciju automatskog biohemijskog analizatora – ne otvarati”.

Blagovremenim će se smatrati sve ponude koje stignu na adresu Primaoca donacije do 09.07.2018. godine, do 10,00 časova.

Ponude za donaciju koje budu primljene nakon datuma i sata iz prethodnog stava, smatra će se neblagovremenim, i po okončanju postupka otvaranja ponuda vratiće se neotvorene ponuđačima, sa naznakom da su podnete neblagovremeno.

Odluka o dodeli ugovora o donaciji biće doneta u roku do 7 dana od dana isteka roka za prijem ponuda.

Primalac donacije će obustaviti postupak donacije ukoliko ne dobije nijednu ponudu koja potpuno ispunjava sve tehničke specifikacije i uslove iz ovog poziva. Primalac donacije može obustaviti postupak za dodelu ugovora o donaciji ukoliko prestane potreba za predmetom donacije ili iz objektivnih razloga koji se nisu mogli predvideti u vreme upućivanja poziva i koji onemogućavaju da se započeti postupak okonča.

O odluci Primaoca donacije biće obavješteni svi podnosioci ponuda, u roku od tri dana o dana donošenja odluke.

Za dodatna pitanja možete se obratiti pisanim putemna adresu: Dom zdravlja Kanjiža, Karađorđeva 53., Kanjiža, ili na elektronsku adresu: nekkenbt@gmail.com

Ovaj Poziv će se postaviti na internet stranicu Primaoca donacije (www.dzkanjiža.org.rs), dana 03.07.2018. godine.



Direktor Doma zdravlja Kanjiža


Dolai Karolina